



試験成績書

成績書番号 RD - 23 1452-01号
試料受付番号 1201 - 0099 - R110056
平成 24 年 1 月 26 日

企業組合 山仕事創造舎 様

静岡県公認登録 計量証明事業所 第 335-6 号
特定計量証明事業所 第 335-6の2 号
事業者名 環境総合研究機構株式会社
住 所 〒431-2102 静岡県浜松市北区郡中町9165番地の2
TEL(053)428-9100代 FAX(053)428-9101

計量管理者 朝井 啓次郎
環境計量士(濃度関係) 登録第 5352号



依頼者名	香山 由人		
※ 試料名	ナラ薪原木チップ		
※ 媒体	その他		
※ 採取場所	長野県北安曇郡松川村神戸		
※ 採取者名	渡辺 寛		
※ 採取方法	伐採後玉切り		
※ 採取年月日	平成 24 年 1 月 20 日	※ 採取時間	13 時 00 分 ~ 14 時 00 分
受付年月日	平成 24 年 1 月 25 日	※ 採取状況	天候前日 曇 当日 雪
計量内容	放射能分析	試料受付方法	持ち込み
計量期間	平成 24 年 1 月 25 日 ~ 平成 24 年 1 月 26 日		
特記事項	件名:「薪原木ナラ材 放射性物質検査」 測定日:平成 24 年 1 月 25 日		

※ 当方採取以外の試料については、依頼者のお申し出により記入致しました。

御依頼を受けました上記試料について試験した結果を下記のとおり証明します。

測定項目	試験の結果 Bq/kg	検出下限値 Bq/kg	試験の方法
放射性ヨウ素 (I-131)	N.D.	4	平成23年11月林野庁 「調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定 のための検査方法」
放射性セシウム (Cs-134)	N.D.	4	
放射性セシウム (Cs-137)	N.D.	4	
放射性セシウム (Cs-136)	N.D.	4	
	以下余白		

備考	N.D.は検出下限未満を示す。
----	-----------------